

Bruksanvisning

EduMic



oticon
life-changing technology

Innledning til dette heftet

Dette heftet veileder deg om hvordan du bruker og vedlikeholder din nye EduMic. Les nøye gjennom heftet, også delen Advarsel. Dette hjelper deg til å få mest mulig nytte av din nye EduMic.

Hvis du har ytterlige spørsmål om bruk av EduMic, ta kontakt med din audiograf.

For at det skal være lettere for deg inneholder dette heftet navigasjonslinje under er for lett navigering gjennom de ulike delene.

| **Om** | Oppstart | Håndtering | Andre moduser | Advarsler | Mer informasjon |

Tiltenkt bruk

Tiltenkt bruk	EduMic er ment som en trådløs mikrofon og sender av tale og andre lydssignaler til høreapparatene.
Bruksområder	Ingen bruksområder.
Tiltenkt bruker	Voksne og barn eldre enn 36 måneder.
Bruksmiljø	Klasseromssituasjon/personlig bruk
Kontraindikasjoner	Brukere av aktive implantater må være spesielt oppmerksomme når de bruker enheten. For mer informasjon, les delen Advarsel.
Kliniske fordeler	Se høreapparatets kliniske fordeler.

Innholdsfortegnelse

Om

Komme i gang	7
Introduksjon	8

Oppstart

EduMic-deler og funksjoner	10
Slå EduMic PÅ og AV	14
Dempe mikrofon-modus	15
Sammenkoble EduMic med høreapparater	16
Par EduMic med oppladbare høreapparater	18
Lade EduMic	20

Håndtering

Indikator for lavt batteri	21
Batteriytelse	22
Ladetid	23
Paringshåndtering	24
Fjern paringer	25
Bruk av roterende klips	26
Caring for EduMic	27

Andre moduser

Å koble til eksterne lydtkilder	28
Å koble til klasseromssystemer	30
FM Beskyttende overtrekk	33
Angi telespolemodus	34

Advarsler

Advarsler	36
-----------	----


Mer informasjon

Bruksforhold	39
Problemløsning	40
Garanti	43
Teknisk informasjon	44

Komme i gang

Før du kan bruke EduMic, må EduMic og høreapparatene være paret. Paringen blir lagret, så du trenger bare å pare én gang. Besøk www.oticon.global/compatibility for mer informasjon.

Sammenkoble EduMic med høreapparater



Se side


16
eller
18

Introduksjon

EduMic kan strømme til Oticon høreapparater med 2,4 GHz teknologi. Høreapparatene mottar den streamede lyden i et eget EduMic-program.

Mikrofonmodus

Når du skrur på EduMic'en vil et grønt LED-lys skru seg på. Dette indikerer at mikrofon modus er skrudd på. EduMic vil så hente inn taler sin stemme og streame lyden direkte inn til høreapparatene. På denne måten kan hvert høreapparat som er koblet til ha klar og god tilgang til taler sin stemme. Slik at de negative effektene til støy og romklang i miljøet du befinner deg i vil bli mindre merkbare.



En ekstern mikrofon kan hjelpe alle høreapparatbrukere uansett alder. Ved å gi en direkte tilgang til taleren som bør være i fokus.

Moduser i EduMic

EduMic tilbyr fire forskjellige driftsmoduser:

- Mikrofon-modus (20 m rekkevidde)
- Jack-modus (20 m rekkevidde)
- FM-modus (3 m rekkevidde)
- Telespole-modus (3 m rekkevidde)

Når en jack-kabel er tilkoblet, er EduMic i **jack-modus** og strømmes lydinnang fra eksterne lydkilder direkte til høreapparatene.

Streaming i mikrofon- og jackmodus er designet for én-til-mange-kommunikasjon.


Når en universal (FM) mottaker er koblet til, er EduMic i **FM-modus** og strømmes lyden fra et annet trådløst klasseromssystem.


Når **telespole-modus** er aktivert, strømmes EduMic lyd fra et teleslynge-system.

Streaming i FM- og telespole-modus er designet for personlig bruk enten i klasserommet (FM-modus), eller på den offentlige arenaen (telespole-modus).

Når det brukes i telespole- og DAI-modus, kan det oppstå utfall. EduMic vil tilbakestilles og det valgte lytteprogrammet vil bli gjenopptatt innen kort tid.

EduMic-deler og funksjoner






3,5 mm jack-inngang
Eksterne lydkilder

• FM-koblings-
stykke (DAI)
Universale
mottakere

Bunn

Statusindikator	Modus
Blinker blått	Paring pågår
Hvit	Oppstart
Grønn	PÅ/mikrofonmodus
Blinker grønt	Dempe mikrofon-modus
Gul	Jack/FM-modus
Blinker gult	Demping i jack/FM-modus
Rød	Paring slettet
Magenta	Telespole-modus
Blinker magenta	Demping i telespolemodus
Strømindikator	Modus
Hvid	Opstart
Grøn	Fuldt opladet
Blinker gult	Opladning
Blinker rødt	Lavt batterinivå

Snor-deler og funksjoner



Bruk av snor


Når du bruker EduMic sammen med snoren, bør avstanden fra munnen til toppen av EduMic være maksimalt 20 cm.

1. Fest klemmen på den justerbare adapteren.
2. Heng snoren rundt halsen og juster adapteren i riktig avstand til munnen.


Tips:

For å redusere støy i høreapparatet, anbefales det å dempe mikrofonen mens du håndterer den før bruk.

EduMic skal ikke bæres i nærheten av smykker eller andre harde gjenstander.



Slå EduMic PÅ og AV



Dempe mikrofon-modus

Bruk dempefunksjonen hvis du trenger å dempe lydstrømmen fra EduMic. Trykk kort på knappen for å dempe lydstrømmen fra EduMic.



Dempe:

- Trykk kort på knappen. Statusindikatoren blinker GRØNT. Lydstrømmen fra EduMic er nå dempet.

Avmute:


- For avmute EduMic, trykker du kort på knappen igjen.

Sammenkoble EduMic med høreapparater

Sørg for at EduMic er slått PÅ




Aktiver paringsmodus i høreapparatene



1. Slå høreapparatene AV ved å åpne batteriskuffen.
2. Slå høreapparatene PÅ ved å lukke batteriskuffen.

Høreapparatene kan nå pares med EduMic i løpet av de neste tre minuttene.

Pare høreapparatene



Plasser høreapparatene i nærheten av EduMic.

Det anbefales å pare ett sett med høreapparater om gangen.

Statusindikatoren vil blinke BLÅTT mens paringen pågår.

Klar til bruk



Statusindikatoren vil slutte å blinke BLÅTT når paringen er fullført og så bli GRØNN.

EduMic er nå klar til bruk med høreapparatene.

Hvis flere sett med høreapparater må pares sammen, gjenta disse trinnene.

Par EduMic med oppladbare høreapparater

Sørg for at EduMic er slått PÅ



Aktiver paringsmodus i høreapparatene


1. AV
2. PÅ



1. Slå høreapparatene AV ved å trykke på den nedre delen av høreapparatets trykknapp i tre sekunder.
2. Slå høreapparatene PÅ ved å trykke på den nedre delen av høreapparatets trykknapp i to sekunder.

Høreapparatene kan nå pares med EduMic i løpet av de neste tre minuttene.

Pare høreapparatene



Plasser høreapparatene i nærheten av EduMic.

Det anbefales å pare ett sett med høreapparater om gangen.

Statusindikatoren vil blinke BLÅTT mens paringen pågår.

Klar til bruk




Statusindikatoren vil slutte å blinke BLÅTT når paringen er fullført og så bli GRØNN.

EduMic er nå klar til bruk med høreapparatene.

Hvis flere sett med høreapparater må pares sammen, gjenta disse trinnene.

Lade EduMic

Koble til en strømkilde




1. Sett mikro-USB i ladeuttaket på EduMic.

2. Sett vegggladeren i en stikkontakt.


Eller sett USB-ladekabelen inn i en USB-strømkilde.

Lading



Strømindikatoren vil blinke GULT under lading.


Lading fullført



Strømindikatoren vil bli GRØNN når batteriet er fulladet.

Indikator for lavt batteri

Strømindikatoren begynner å blinke RØDT når batteriet snart er tomt. Dette vil gi deg to timer før batteriet går tomt.



VIKTIG MERKNAD

Når du lader opp, skal ladeindikatoren lyse som beskrevet i dette heftet. Hvis ladeindikatoren ikke lyser som beskrevet, kobler du enheten fra laderen og kontakter audiografen.

Når du lader EduMic, bruk den medfølgende originale USB-kabelen eller strømforsyning 5,0V/1A, CE og sikkerhetsmerket.



Batteriytelse

En fulladet EduMic vil gi deg ti timers bruk. Den daglige batteriytelsen varierer avhengig av din spesifikke bruk av EduMic. F.eks. vil streaming av stereolyd i jack-modus forbruke mer batterikraft enn å strøkke stemmen din i mikrofonmodus.

Hvis EduMic går tomt for batteri, kobler du det til en strømkilde for lading.

For optimale ladeforhold bør romtemperaturen være +20 °C til +30 °C

Hvis du synes at batteriet ikke fungerer som forventet, kan du kontakte audiografen din.

Ladetid

Sørg for å lade EduMic helt før du bruker den for første gang.

Vi anbefaler å lade EduMic over natten etter bruk. På denne måten vil du starte dagen med en fulladet EduMic.

Ladetiden kan variere avhengig av batteriets gjenværende strøm.
Hvis EduMic er fullstendig tom for strøm, er normal ladetid:

2,5 timer	1 time	0,5 time
Fulladet	50 % ladet	25 % ladet

Ladeprosessen stopper automatisk når batteriet er fulladet. La EduMic være koblet til en strømforsyning når du ikke bruker det.

Paringshåndtering

For å lytte til det strømmede signalet fra EduMic, skal høreapparatene være i EduMic-programmet. Dette kan skje automatisk eller manuelt.

Automatisk endring av høreapparatprogrammet

EduMic kan lagre opptil ti sett med høreapparatparinger. Når noen av disse settene med høreapparater er innenfor et område på 20 m fra EduMic, vil de automatisk skifte til EduMic-programmet. Ved å dempe og slå av lyden fra EduMic, initierer du også en programendring i høreapparatene.

Manuell endring av høreapparatprogrammet

Når EduMic er parett med mer enn ti sett høreapparater, lagres ikke alle paringene i EduMic. I dette tilfellet kan høreapparat bruker skifte manuelt til EduMic-programmet på høreapparatene, eller alternativt på en personlig fjernkontroll.

VIKTIG MERKNAD

Vennligst referer til bruksanvisningen for høreapparat, for detaljer om høreapparatet.

Fjern paringer

Det er mulig å fjerne alle paringer fra EduMic når disse ikke lenger er nødvendige. Å pare høreapparatene igjen vil sikre tilgang til automatisk programendring for disse høreapparatene.

Sørg for at EduMic er slått PÅ



Fjern paringer




Trykk og hold inne knappen i tolv sekunder til statusindikatoren blir RØD.

Alle paringer med høreapparat er nå fjernet fra EduMic.

Bruk av roterende klips

Når du bruker EduMic i mikrofonmodus, bruk den som angitt, og i en stående stilling. Avstanden fra munnen til toppen av EduMic skal være maksimalt 20 cm. EduMic skal ikke bæres i nærheten av smykker eller andre harde gjenstander.

Fest EduMic til klærne dine ved hjelp av den roterende klipsen



Rengjøring av EduMic

EduMic er fuktighetsavvisende, noe som gjør det veldig enkelt å rengjøre med en fuktig klut. Det anbefales at du rengjør det med jevne mellomrom.


VIKTIG MERKNAD

EduMic må aldri vaskes eller senkes ned i vann, alkohol eller andre sterke vaskemidler.

Å koble til eksterne lydkilder

3,5 mm jack-inngangen lar deg koble EduMic til eksterne lydkilder som et lydfeltssystem, smartboards eller PC/nettbrett, etc.

Koble til jack-kabel



Sett inn jack-kabelen

Koble jack-kabelen til den eksterne lydkilden.

Sørg for at EduMic er slått PÅ

Jack-modus



Statusindikatoren er GUL når jack-kabelen er tilkoblet.

EduMic-mikrofonen er deaktivert i jack-modus.

Mute/avmute




Trykk kort på knappen for å dempe lydstrømmen fra EduMic.

Statusindikatoren blinker GULT.

For avmute trykker du kort på knappen igjen.

Gå tilbake til mikrofon-modus




1. Ta jack-kabelen ut av EduMic.

2. Statusindikatoren vil bli GRØNN og EduMic går tilbake til mikrofonmodus.

Å koble til klasseromssystemer

Å sette opp systemet krever en FM-sender og en universal FM-mottaker med et Europin-koblingsstykke.

Koble til mottakeren



Koble til mottakeren og forsikre deg om at EduMic er slått PÅ.

Plasser EduMic nær eleven (maks. 3 m).

Slå på FM-senderen for å aktivere klasseromssystemet.

FM-modus



Statusindikatoren er GUL når FM-mottakeren er tilkoblet.

EduMic-mikrofonen er deaktivert i jack-modus.

Mute/avmute




Trykk kort på knappen for å dempe lydstrømmen fra EduMic.

Statusindikatoren blinker GULT.

For avmute trykker du kort på knappen igjen.

Gå tilbake til mikrofon-modus




1. Ta mottakeren ut av EduMic.
2. Statusindikatoren vil bli GRØNN og EduMic går tilbake til mikrofonmodus.

VIKTIG MERKNAD

For informasjon om funksjonaliteten til ditt spesifikke klasseromssystem, se den tilhørende bruksanvisningen.

FM Beskyttende overtrekk

Når en universell mottaker er koblet til EduMic, anbefales det å bruke det vedlagte hvite gummiovertrekket for å beskytte mottakeren mot brudd.



VIKTIG MERKNAD

Det beskyttende overtrekket til FM må ikke brukes i mikrofonmodus. Overtrekket vil forvrengte inngangen til mikrofonen.

Angi telespolemodus



Telespole gir direkte tilgang til teleslyngesystemer som vanligvis finnes i teatre, tilbedelsessteder eller forelesningsrom. Dette symbolet eller et lignende tegn vises der en teleslynge er installert.

Sørg for at EduMic er slått AV



Telespole-modus



Trykk og hold inne knappen i ti sekunder til statusindikatoren lyser MAGENTA. EduMic er nå i telespole-modus, og EduMic-mikrofonen er deaktivert. Driftsrekkevidden er på tre meter.

Mute/avmute



Trykk kort på knappen for å dempe lydstrømmen fra EduMic.

Statusindikatoren blinker MAGENTA.

For avmute trykker du kort på knappen igjen.

Gå ut av telespolemodus



Trykk på knappen i to sekunder til statusindikatoren slås av.

Advarsler

For din personlig sikkerhet og for å forsikre korrekt bruk bør du være fullstendig kjent med følgende generelle advarsler før du bruker din EduMic. Kontakt audiografen hvis du opplever uventede eller alvorlige hendelser med EduMic under bruk eller på grunn av bruken. Audiografen din vil støtte deg med problemhåndtering og, hvis relevant, rapportering til produsenten og/eller andre myndigheter.

Fare for kvelning og risiko for å svelge smådeler.

EduMic med en festet mottaker må holdes utenfor rekkevidde av barn, eller andre som kan kunne tenkes å svelge dette, eller på annen måte skade seg selv. Dersom en mottaker svelges, kontakt en lege umiddelbart.

Eksplisiver

EduMic er trygg å bruke under vanlige bruksforhold. EduMic har ikke blitt testet for samsvar med internasjonale standarder når det gjelder eksplosive atmosfærer.

Bruk derfor ikke EduMic i miljøer med fare for eksplosjoner, f.eks. gruver, oksygenrike miljøer eller områder der brennbare bedøvelsesmidler håndteres.

Røntgen/CT/MR/PET skanning, elektroterapi og operasjon

Ta av din EduMic under f.eks. røntgen, CT/MR/PET-skanning, elektroterapi eller kirurgi da EduMic kan ta skade om den eksponeres for sterke elektromagnetiske felt.

Varme og kjemikalier

EduMic må aldri utsettes for sterk varme f.eks. etterlates inne i en bil som står parkert i solen. EduMic må aldri tørkes i mikrobølgeovn eller i stekeovn.

Kjemikaliene i sminke, hårspray, parfyme, etterbarberingsvann, solkrem og insektsspray kan skade EduMic. Fjern alltid EduMic før du bruker slike produkter, og la slike produkter tørke før du bruker høreapparatet igjen.

Interferens

EduMic har blitt testet grundig for interferens i henhold til de strengeste, internasjonale standardene. Likevel, kan interferens oppstå mellom EduMic og andre enheter (f.eks. noen mobiltelefoner, amatørradio, butikkalarmer og andre trådløse enheter). Dersom interferens oppstår bør du øke avstanden mellom din EduMic og enheten som skaper interferens.

Bruk i fly

EduMic inneholder Blåtann. Bruk av EduMic ombord på fly bør unngås, med mindre dette tillates spesifikt av flypersonellet.

Aktive implantater

EduMic har blitt grundig testet og karakterisert for menneskers helse i henhold til internasjonale standarder for menneskelig eksponering (Specific Absorption Ratio - SAR), induisert elektromagnetisk effekt og spenninger i menneskers kropp.

Eksponeringsverdiene er godt under internasjonalt aksepterte sikkerhetsgrenser for SAR, induisert elektromagnetisk effekt og spenninger i menneskers kropp definert i standardene for menneskelig helse og sameksistens med aktive medisinske implantater, som pacemakere og hjertestartere.

Oppladbart batteri

Ikke forsøk å åpne EduMic, da dette kan skade batteriet. Prøv aldri å bytte ut batteriet. Hvis det er nødvendig å bytte ut batteriet, må du ta med enheten til leverandøren. Servicegarantien er ugyldig hvis det er tegn på at den har blitt tuklet med.

Sikkerheten ved gjenopplading av batterier ved bruk av USB-ledningen, avgjøres kun av den eksterne signalkilden. Ved tilkobling til eksternt utstyrt koblet inn i et strømnett, må dette utstyret samsvare med IEC 62368-1 eller tilsvarende sikkerhetsstandarder.

Advarsler

Tilkobling til eksternt utstyr

Sikker bruk av EduMic ved tilkobling til ekstern utstyrt med AUX-kabel avhenger av den eksterne signalkilden. Ved tilkobling til eksternt utstyrt koblet inn i et strømuttak, må dette utstyret samsvare med IEC 62368-1 eller tilsvarende sikkerhetsstandarder.

Bruk av tilbehør fra en tredjepart

Bruk bare tilbehør, energiomformer eller kabler levert av produsenten. Inkompatibelt tilbehør kan føre til redusert elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) på enheten din.

Bruk av snor

Dersom snoren uforvarende skulle henge seg fast i noe mens den bæres, er snoren konstruert slik at den løser seg ut automatisk. Derfor må det aldri forsøkes forkorte eller endre snoren på en uautorisert måte. Snoren skal ikke brukes av barn under 36 måneder.

Lading

Lad EduMic hver sjettede måned for å forhindre potensielle batteriskader under lagring.

Mulige bivirkninger

De ellers ikke-allergifremmende materialene som brukes i EduMic kan i sjeldne tilfeller forårsake hudirritasjon eller andre bivirkninger.

Oppsøk lege hvis slike tilstander oppstår.

Bruk i trafikken

Å bruke EduMic kan distrahere deg. Vær oppmerksom på omgivelsene dine mens du bruker EduMic. Vennligst referer til nasjonale lover om bruk av kommunikasjonsenheter i trafikken.

Bruksforhold

Drifts-, lagrings- og transportfuktighet	15 % til 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Temperatur ved bruk	+5 °C til +40 °C
Lagringstemperatur	-20 °C til +30 °C Lad EduMic før lagring Etter dette, lad hver sjetten måned
Transporttemperatur	-20 °C til +60 °C
Atmosfærisk trykk	700 hPa til 1060 hPa

Problemløsning

Symptom	Mulige årsaker
Redusert lyd fra EduMic	Mikrofonåpningen er tildekket
	EduMic er plassert for langt fra munnen
	EduMic er vendt bort fra munnen
Ikke noe lyd fra EduMic	Høreapparatene er ikke i EduMic-programmet
	Paring med høreapparatene mislyktes
EduMic kan ikke pares med høreapparatene	Oticon Opn og Oticon Siya høreapparater er allerede paret med annen EduMic
	Høreapparater er paret med en annen EduMic som er slått PÅ og innenfor et område på 20 meter
Lav tonehøyde-støy i jack-modus når du lader	Lading og lytting til lyd fra samme enhet/PC støttes ikke
Det blinker et lyseblått lys når jeg prøver å slå PÅ EduMic	EduMic er tom for strøm
Begge LED-indikatorene blinker RØDT	Systemfeil

Løsninger

Flytt EduMic så den ikke dekkes til av klær

Flytt EduMic innen 20 cm av munnen din

Vend EduMic slik at den peker i retning av munnen. Se delen: Lær å bære EduMic

Dempe og avmute EduMic, eller reparer høreapparatene med EduMic

Bytt/lad opp batteriene for å sikre at høreapparatene har strøm og pares på nytt

Fjern alle paringer med denne EduMic-en, og par med relevant EduMic, ettersom de bare kan pares med én EduMic

Slå AV den tilkoblede EduMic eller fjern alle paringer med denne EduMic for å få forbindelse med den aktuelle EduMic-en

Lade EduMic ved å bruke en vegggladeren

Lade EduMic

Kontakt din audiograf

Internasjonal garanti

Enheten er dekket av en internasjonal begrenset garanti utstedt av produsenten i en periode på 12 måneder fra leveringsdatoen til deg. Denne begrensede garantien dekker produksjons- og materialfeil i selve enheten, men ikke i tilbehør som f.eks. batterier, kabler, strømforsyninger osv. Problemer som oppstår ved feil / feil håndtering eller pleie, overdreven bruk, ulykker, reparasjoner utført av en uautorisert part, eksponering for etsende forhold, skader på grunn av fremmedlegemer som kommer inn i enheten eller feiljusteringer dekkes IKKE med den begrensede garantien og kan ugyldiggjøre den. I henhold til denne garantien vil produsenten, etter eget skjønn, velge å reparere enheten eller erstatte den med en tilsvarende modell. Ovennevnte garanti påvirker ikke juridiske rettigheter som du måtte ha i henhold til gjeldende

nasjonal lovgivning som regulerer salg av forbruksvarer. Din høreapparatspesialist kan ha gitt en garanti som går utover klausulene i denne begrensede garantien. Kontakt ham / henne for ytterligere informasjon.

Hvis du trenger service

Ta enheten til høreapparatspesialisten din, som kan være i stand til å ordne opp mindre problemer og justeringer umiddelbart. Din høreapparatspesialist kan hjelpe deg med å få garantiservice fra produsenten. Din høreapparatspesialist kan kreve et gebyr for deres tjenester.

Garanti

Sertifikat

Navn på eier: _____

Audiograf: _____

Audiografens adresse: _____

Audiografens telefonnummer: _____

Kjøpsdato: _____

Garantiperiode: _____ Måned: _____

Serienr.: _____

Teknisk informasjon

EduMic inneholder også en radiotransceiver som bruker Bluetooth lav energi (BLE), og en patentbeskyttet radioteknologi for kort rekkevidde som begge virker på ISM-bånd 2,4 GHz. Radiosenderen er svak og er alltid under 50 mW, tilsvarende 17 dBm i total utstrålt effekt.

EduMic samsvarer med internasjonale standarder vedrørende radiosendere, elektromagnetisk kompatibilitet og eksponering mot mennesker.

For bruk på kroppen oppfyller denne enheten FCC- og IC RF-eksponeringsgrensene og er testet mens den er i kontakt med menneskekroppen. Enheten må ikke lokaliseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

På grunn av den begrensede tilgjengelige plassen på enheten, kan du finne relevante godkjenningsmerker i dette heftet.

EduMic inneholder programvaren LittleFS © 2017, Arm Limited. Alle rettigheter forbeholdt. Besøk kundestøtte på www.oticon.global for mer informasjon.

Detaljert informasjon finner du i Teknisk dataark på www.oticon.global

Herved erklærer produsenten at denne Edu-Mic-en er i overensstemmelse med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser ifølge direktiv 2014/53/EU.

Dette medisinske utstyret er i samsvar med medisinsk utstørsforordning (EU) 2017/745.

Samsvarserklæring er tilgjengelig hos produsenten.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark









CE



Avfall fra elektronisk utstyr må håndteres i henhold til lokale forskrifter.



Beskrivelse av symbolene benyttet i dette heftet

	Advarsler Tekst markert med et advarselssymbol må leses før enheten benyttes.
	Produsent Enheden er produsert av en produsent med navn og adresse oppgitt ved siden av symbolet. Dette medisinske utstyret er i samsvar med medisinsk utstørsforordning (EU) 2017/745.
	CE-merke Enheden oppfyller alle nødvendige EU-forskrifter og -direktiv.
	Elektronisk avfall (WEEE) Resirkulere høreapparater, tilbehør eller batterier i henhold til lokale reguleringer. Brukere av høreapparater kan også returnere elektronisk avfall til sin audiograf for avhending. Elektronisk utstyr dekkes av Direktivet 2012/19/EU om avfall og elektronisk utstyr (WEEE).
	Merke for regulatorisk overholdelse (RCM) Enheden samsvarer med elektrisk sikkerhet, EMC og radiospektrumkrav for enheter levert til Australia eller New Zealand.
	Dobbel isolasjon Indikerer at strømforsyningen til produktet er dobbeltisolert. Dette betyr en veldig lav risiko for enkeltfeil.
	Innendørsbruk Indikerer at produktet er kvalifisert for bruk innendørs.
 2.4 GHz	TwinLink 2,4 GHz Enheden inneholder Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz radioteknologi, som støtter trådløs streaming til Oticon høreapparater med en 2,4 GHz mottaker.



Teleslynge

Denne logoen har innarbeidet det universale symbolet for hørselshjelp. «T»-en angir et tilgjengelig teleslynge-kompatibelt system.

Beskrivelse av andre symboler benyttet på merkelappene



Holdes tørr

Indikerer en medisinsk enhet som må beskytte mot fuktighet.



Katalognummer

Indikerer produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.



Serienummer

Indikerer produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan identifiseres.



Symbol for gjenvinning av batteri

Symbol for gjenvinning av Li-Ion-batteri

5,0V  500mA

Strømforsyningsinngang

Indikerer hastigheten som strømmen sendes fra strømforsyningen til enheten din.



Firmware

Firmware-versjon som brukes på enheten



Medisinsk enhet

Denne enheten er en medisinsk enhet.



South Africa ICASA label

Enheden har lisenser som skal selges i Sør-Afrika.



Unique device identifier

Indikerer en utsendt enhet som inneholder unik enhetsidentifikasjon.



oticon
life-changing technology

220007N0 / 2023.06.08